

Številka izdelka 438709

Classic

Pregledne rokavice, Abena Classic, S, neutral, lateks, brez posipa

- ✓ Gladka površina
- ✓ Elastična
- ✓ Dobro prileganje
- ✓ Dobra občutljivost

**Opis izdelka**

Elastična pregledna rokavica iz naravnega lateksa z nizko vsebnostjo lateksovih beljakovin. Dobro prileganje, ki uporabniku zagotovi visoko občutljivost.

**MEDIUM GRIP****LATEX****EN EN
455 420**

EN374-5:2016



VIRUS

374-1:2016/
Type B

KST

**AQL
1.5****Navodila za uporabo/nanašanje**

Pred uporabo preglejte rokavice, da niso poškodovane ali pomanjkljive.

Pakiranje

Enota	Sestavine	Dolžina	Širina	Višina	EAN koda
karton	1000 kos	0.41 m	0.26 m	0.28 m	5703538990830
zavitek	100 kos	0.24 m	0.13 m	0.075 m	5703538990816
par	2 kos	0 m	0 m	0 m	



Simbol kozarca in vilic zagotavlja, da so izdelki testirani v skladu z evropsko zakonodajo in odobreni za stik z živili. Simbol je obvezen na izdelkih, ki se uporabljajo pri stiku s hrano.



Oznaka CE zagotavlja, da je izdelek varen za uporabo in skladen z vsemi varnostnimi ukrepi. Oznaka CE pomeni Conformité Européenne (Evropska skladnost) in jo najdemo predvsem na elektronski opremi, varnostni opremi, gradbenih izdelkih in medicinski opremi.



Za vso osebno zaščitno opremo kategorije III (OVO) je potrebna odobritev neodvisnega izvajalca. Prikaz logotipa CE za rokavice za zaščito pred kemikalijami zahteva, da se preskusi izvedejo v skladu s standardi za teste, določenimi v EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 – na primer EN 16523-1: 2015 + A1: 2018, za ugotavljanje odpornosti na pronicanje kemikalij. Rezultati tega testa določajo ustrezne piktograme, ki jih je mogoče uporabiti na embalaži in oznakah.



Rokavica ima gladko površino.

**MEDIUM
GRIP**

Rokavica ima srednji oprijem.



Rokavica je dolga 240 mm.



Izdelek vsebuje lateks.

**EN
455**

EN 455 je sestavljen iz štirih standardov, po katerih morajo biti rokavice testirane, da ustrezajo uporabi v medicinske namene. Ta standard določa zahteve za medicinske rokavice za enkratno uporabo.

**EN
420**

Standard določa zahteve za zaščitne rokavice glede na splošne zahteve in načine testiranja.

EN374-5:2016



Ta standard določa zahteve za rokavice, ki ščitijo pred nevarnimi kemikalijami in mikroorganizmi. Ta del standarda opisuje odpornost rokavic na bakterije, glivice in viruse.



Ta standard določa zahteve za rokavice, ki ščitijo pred kemikalijami in mikroorganizmi. Tip B je testiran na prepustnost vsaj 30 minut s kemikalijami natrijev hidroksid 40%, klorovodikova kislina 40% in formaldehid 37%.